



Recherche sur le

[Accueil](#) / [Pratique](#)

Besoins : [Comprendre](#) · [Hygiène](#) · [Manger](#) · [Respirer](#) · [Soin](#)

▷ [Allergènes](#)

▷ [Maladies](#)

▷ [Sciences](#)

▷ [Pratique](#)

le vendredi 26 février 2010, par [Afssaps](#) : [colles à dentier](#)

Une dent contre votre dentier ?

par le [Dr Philippe Auriol](#)



Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Retraits de lots crèmes adhésives pour appareils dentaires POLIDENT PRO Soin Complet, SUPER POLIGRIP, COREGA Adhérence Maximum, COREGA Performance Maximum, COREGA Fraîcheur, COREGA Adhérence Maximum Fraîcheur- GSK santé grand public

Par mesure de précaution, en accord avec l'Afssaps, GSK Santé grand public procède au rappel de l'ensemble des lots des crèmes adhésives pour appareils dentaires contenant du zinc : POLIDENT PRO Soin Complet, SUPER POLIGRIP, COREGA Adhérence Maximum, COREGA Performance Maximum, COREGA Fraîcheur, COREGA Adhérence Maximum Fraîcheur, à la suite de la mise en évidence d'un risque potentiel pour la santé associé à une utilisation excessive sur le long terme de ces crèmes.

En effet, une utilisation en grande quantité ou plusieurs fois par jour pendant plusieurs années pourrait conduire à un taux élevé de zinc dans l'organisme.

En effet, l'utilisation excessive et sur le long terme de ces produits peut être à l'origine d'effets indésirables tels que engourdissement, picotement ou faiblesse dans les bras ou les jambes, difficultés à marcher ou à conserver son équilibre ainsi que des troubles sanguins (anémie).

Ces crèmes sont conçues pour être utilisées une fois par jour et la quantité de produit contenue dans un tube correspond à une durée d'utilisation d'environ 3 semaines pour un tube de 40g et d'environ 4 semaines pour 1 tube de 50g. L'ingestion de quantités trop importantes de ces crèmes pendant plusieurs années provoque des effets indésirables dus à un surdosage en zinc. L'excès de zinc au niveau digestif provoque une carence en cuivre, à l'origine des troubles observés.

Depuis 1995, date de commercialisation de ces produits, 416 cas d'effets indésirables ont été déclarés dans le monde auprès du fabricant. Un seul cas a été déclaré en France auprès de l'Afssaps. Il s'agit d'un patient qui a utilisé entre 1 et 1,5 tube de 50 g par semaine durant 10 ans, ce qui ne correspond pas à une utilisation normale du produit.

Par mesure de précaution, le fabricant a décidé d'arrêter au niveau mondial la fabrication, la distribution et la commercialisation de ces produits.

Les consommateurs ayant ce produit à leur domicile peuvent continuer à l'utiliser en respectant les conditions normales d'utilisation.

▷ [Rubrique](#)

2 juin 2010
[Allergie Alim](#)

12 mai 2010
[Qué Tom ?](#)

23 avril 2010
[Bufexamac \(P: loin de la coup](#)

23 mars 2010
[De sacrées l'allergie.](#)

12 mars 2010
[Singular in.](#)

29 janvier 2010
[Le Ketum ne](#)

22 janvier 2010
[Wystamm 1 arrive en Fra](#)

15 janvier 2010
[A mort le Ke](#)

